

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ

ul. Nieklańska 4/24
tel. – 48 22 50 98 303
www.nieklanska.pl

03-924 Warszawa
fax. – 48 22 672 78 43
szpital@nieklanska.pl

 MAZOWSZE

Nasza Tradycja i Profesjonalizm to Dziś Zdrowe Dzieci – Jutro Zdrowe Społeczeństwo

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakupu cieplarki do płynów infuzyjnych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

AD. 4

Prosimy o dopuszczenie temperatury wnętrza komory: 28-70°C (dwa zakresy: I 28-41 °C, II 42-70°C), regulowanej co 0,5 °C.

AD. pytania 4 (wg naszego zestawienia parametrów technicznych 3)

Zamawiający dopuszcza

AD. 5

Prosimy o dopuszczenie temperatury otoczenia w trakcie działania: 10-40 °C.

AD. pytania 5 (wg naszego zestawienia parametrów technicznych 4)

Zamawiający dopuszcza

AD. 6

Prosimy o dopuszczenie temperatury otoczenia (magazynowanie): 5-55 °C.

AD. pytania 6 (wg naszego zestawienia parametrów technicznych 5)

Zamawiający dopuszcza

AD. 8

Prosimy o dopuszczenie dokładności regulacji temperatury co 0,5 °C.

AD. pytania 8 (wg naszego zestawienia parametrów technicznych AD 7)

Wg SIWZ

AD. 10

Prosimy o odstąpienie od mechanicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem i dopuszczenie podwójnego elektronicznego zabezpieczenia – temperatura każdego obwodu grzejnego komory kontrolowana przez dwa niezależne obwody pomiarowe (dwa termistory); mikroprocesorowe wykrywanie i alarm błędu przegrzania.

AD. pytania 10 (wg naszego zestawienia parametrów technicznych 9)

Wg SIWZ

AD. 12

Prosimy o dopuszczenie panelu sterującego z cyfrowym wyświetlaczem led, z przyciskami membranowymi.

AD. pytania 12 (wg naszego zestawienia parametrów technicznych 11)

Wg SIWZ

AD. 13,14

Prosimy o dopuszczenie pojemności komory roboczej: 44 L (brutto)

AD. pytania 13,14 (wg naszego zestawienia parametrów technicznych 12,13)

Wg SIWZ

AD. 16

Prosimy o dopuszczenie wymiarów urządzenia (wersja S): szerokość 380 x wysokość 370 x głębokość 510 mm.

AD. pytania 16 (wg naszego zestawienia parametrów technicznych 15)

Zamawiający dopuszcza

AD. 19

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z 1 listwą – paskiem diod UV-C zlokalizowanym z przodu urządzenia.

AD. pytania 19 (wg naszego zestawienia parametrów technicznych 18)

Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR
Małgorzata Stachurska-Luras, MBA
lekarz

Bożena Pieczykolan, MBA

Z-CIA DYREKTORA
US. ADMINISTRACYJNO-EGSPLOATACYJNYCH

G. Antkowiak
A. Górnica